

Assunto: **Pedido de Esclarecimento Fwd: Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste/MT - PE 07/2020 (URGENTE) - COVID 19**

De: Orlando Junior <orlando.junior@pmh.com.br>

Para: <licitacoes@figueiropolisdoeste.mt.gov.br>
Licitação PMH <licitacao.pmh@pmh.com.br>, Andre Almeida <andre.almeida@pmh.com.br>, Shirley Gomes <shirley.gomes@pmh.com.br>, Fellipe Carneiro <fellipe.carneiro@pmh.com.br> ,

Cc: Mauricio Gonçalves <mauricio.goncalves@pmh.com.br>, Andressa Lopes <Andressa.Lopes@alere.com>, Izabella Dantas <izabella.dantas@abbott.com>, Pollyanna Novaes <pollyanna.novaes@abbott.com>, Ana Pires <anaflavia.pires@abbott.com>

Data: 13/07/2020 07:41



- PE 07.2020 - Pref. Mun de Figueirópolis MT.pdf (~639 KB)

Boa tarde,

vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos a respeito do certame apensado. No aguardo. Agradecemos a atenção.

ITEM 38

- Diferenciação de IgG e IgM necessária?
- Sensibilidade e especificidade acima de 90%?
- Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS?
- Registro na ANVISA definitivo?
- Validade superior a 6 meses?
- Necessária entrega do mesmo quantitativo de lancetas junto com os testes?
- Podemos ofertar kit com 25 testes?

At.te



PMH

Orlando Júnior
Especialista em Produto
CRF-DF 1921
www.pmh.com.br

**Produtos Médicos Hospitalares
Ltda**
Sia Trecho 17 Rua 8
Lote 170 Brasília DF - Brasil

O: +55 61 3403-1300
M: +55 61 9.9936-7269
E: orlando.junior@pmh.com.br
Revendo conceitos solidificando
princípios